

Análise de itens pregão 16/2016 - análise da segunda colocada

Item 25 – Esteira para animais: A empresa AURILABOR COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ : 05.347.036/0001-60, classificada em terceiro lugar atende as especificações do edital e apresenta proposta próximo ao valor estimado para o item em questão. Portanto, recomendamos a aceitação.

Item 31 – Sistema para transferência para Western Blotting. A empresa MICROLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. – ME, CNPJ: 05.162.725/0001-08, classificada em terceiro lugar atende as especificações do edital e apresenta proposta próximo ao valor estimado para o item em questão. Portanto, recomendamos a aceitação.

Item 46 – Ultrafreezer: A empresa COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME. CNPJ: 10.378.106/0001-87, classificada em terceiro lugar não atende as especificações do edital, a empresa apresenta a característica para isolamento térmico “PROJETADO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE COM 150 MM DE ESPESSURA E PORTA FRONTAL REVESTIDA INTERNAMENTE EM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS)” no edital a especificação exigida é “PAREDES COM PAINEL DE ISOLAMENTO A VÁCUO (V.I.P.)” Portanto, recomendo a recusa do item ofertado pela empresa supracitada, pois o modelo ofertado não possui características importantes exigidas nas especificações técnicas do edital.

Obs: Em relação ao item 46 reforço a importância do atendimento a exigência do edital em relação ao tipo de isolamento térmico do aparelho. O isolamento a vácuo implica na maior qualidade do equipamento, pois o vácuo impede que ocorra transferência de calor, o que confere uma maior e mais eficiente manutenção da temperatura interna, o que é de extrema importância para ultrafreezer. Além disso, este tipo de isolamento também gera um menor esforço dos motores e consumo de energia, implicando até mesmo na menor necessidade de manutenções futuras. Associado a isso, o isolamento a vácuo, permite que a espessura da parede do equipamento seja menor, dessa forma, o equipamento pode ter menores dimensões externas, sendo mais espaçoso em seu interior, ocupando menos espaço no laboratório. Diante do exposto peço que a exigência do edital em relação ao tipo de isolamento seja atendida.